



REHASENSE

## EU Konformitätserklärung

### Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte (MDR)

Wir,

Rehasense sp. z o. o.

eingetragener Geschäftssitz

Sulejowska 45 G

97-300 Piotrków Trybunalski, Polen

SRN: PL-MF-000004772

als Hersteller von Medizinprodukten, Arthritis Rollator mit drehbaren Unterarmauflagen mit einem Handelsnamen

### Rollator NAVIGON AIR

Postennummer/ Katalognummer: **NAaabbcc**

(aa- Farbe, bbbb- Grösse, cc- Zubehör)

Zweckbestimmung: Der Rollator ist eine Gehhilfe für Menschen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität Unterstützung beim Gehen benötigen.

Basic UDI-DI: 59074678ROL6U

hiermit erklären wir auf eigene Verantwortung, dass es die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I und die Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der EU 2017/745 über Medizinprodukte vom 5. April 2017 mit allen Änderungen erfüllt.

Unser Produkt ist als Medizinprodukt als technisches Hilfsmittel der Klasse 1 für Behinderte klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt nach Anhang VIII der MDR-Verordnung.

CE-Kennzeichnung auf Medizinprodukte gemäss Anhang V der MDR-Verordnung.

Risikoanalyse folgt den Vorgaben der Normen: ISO 14971 & ISO 13485

Folgende harmonisierte Normen wurden bei der Konformitätsbewertung verwendet:


ISO 14971:2019; ISO 20417:2021; ISO 11199-3:2008.



09-01-2023/ Piotrków Trybunalski/ CEO Roger Spencer Dutton

Rehasense Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

Roger Spencer Dutton

  
**REHASENSE**  
Rehasense Sp. z o. o.  
ul. Sulejowska 45g, 97-300 Piotrków Tryb.  
NIP 677-237-14-61, REGON 122658133